

# Zhuhai Biori Biotechnology Co.,Ltd

珠海宝锐生物科技有限公司

## Certificate of Analysis

产品检验报告

<b>Product</b> 产品名称	<b>Bacteria &amp; Fungi Nucleic Acid Extraction Kit (Magnetic Beads Method)</b> 细菌&真菌核酸提取或纯化试剂盒（磁珠法）	<b>Lot No.</b> 批号	20250627
<b>Specification</b> 规格	100 Reactions	<b>Test Date</b> 检验日期	2025.07.02
<b>Test purpose</b> 请检目的	All items	<b>Expiry date</b> 有效期至	2027.06.26
<b>Standard</b> 请检依据	Enterprise Standard	<b>Storage</b> 储存条件	10°C-30°C
<b>TEST RESULT</b> 检验结果			
<b>Content</b> 检验项目	<b>Specification</b> 企业标准	<b>Results</b> 检验结果	
<b>Appearance</b> 外观检验	Clear liquid, no precipitation, no suspended matter, no flocculent. The packaging is intact, no damage, no leakage, and the batch number is correct. 各液体组分应无渗漏且密封完好无破损。	Conforms 符合规定	
<b>Filling Volume</b> 装量检验	The volume of each composition should meet the minimum requirements as specified in the technical guidelines. Bac & Fun 样本缓冲液装量应不低于 10mL/瓶，蛋白酶 K 装量应不低于 1.0mL/管，裂解液应不低于 60mL/瓶，洗液应不低于 100mL/瓶，洗脱液应不低于 10mL/瓶，磁珠应不低于 1.0mL/管。	Conforms 符合规定	
<b>Negative Concordance Rate</b> 阴性符合率	Test negative control sample, the negative concordance rate (-/-) shall be 8/8. 检测提取后的 NCS，阴性符合率 (-/-) 为 8/8。	Conforms 符合规定	
<b>Limit of Detection (LOD)</b> 检测限符合率	Test Bac Limit of Detection, Positive Percent Agreement (+/+) shall be 8/8. 检测细菌 DNA 检测限参考品，阳性符合率 (+/+) 应不低于 8/8。	Conforms 符合规定	
<b>Test conclusion</b> 检验结论	Complying with Enterprise Standard. 本品按企业标准检验，结果符合规格。		

Analyzed by (检验人):

胡芳

Reviewed by (复核人):

