

Zhuhai Biori Biotechnology Co.,Ltd

珠海宝锐生物科技有限公司

Certificate of Analysis

产品检验报告

<b>Product</b> 产品名称	<b>Bradford Protein Assay Kit</b>	<b>Lot No.</b> 批号	20250906
<b>Specification</b> 规格	800T	<b>Test Date</b> 检验日期	2025.09.16
<b>Test purpose</b> 请检目的	All items	<b>Expiry date</b> 有效期至	2026.09.15
<b>Standard</b> 请检依据	Enterprise Standard	<b>Storage</b> 储存条件	-20°C
<b>TEST RESULT</b> 检验结果			
<b>Content</b> 检验项目	<b>Specification</b> 企业标准	<b>Results</b> 检验结果	
<b>Appearance</b> 外观	Clear liquid, no precipitation, no suspended matter, no flocculent. The packaging is intact, no damage, no leakage, and the batch number is correct. 清澈液体，无沉淀，无悬浮物，无絮状物。包装完好，无破损、无漏液，批号无误。	Conforms 符合规定	
<b>Volume inspection</b> 装量检验	The filling volume of each component should comply with thenot be less than the marked value regulations. 各组分装量应不低于标识值。	Conforms 符合规定	
<b>Linear</b> 线性	The standard linear fitting equation of thereference material R -0.99. 标准品的标准线性拟合方程 $R^2 \geq 0.99$ 。	Conforms 符合规定	
<b>Precision</b> 精密度	The RSD% of the duplicate Wells for standardsubstances and test samples shall be 10%. 标准品、供试品检测复孔 RSD% $\leq 10\%$ 。	Conforms 符合规定	
<b>Accuracy</b> 准确度	Enterprise internal control detection error 10%. 企业内控检测误差 $\leq 10\%$ 。	Conforms 符合规定	
<b>Test conclusion</b> 检验结论	Complying with Enterprise Standard. 本品按企业标准检验，结果符合规定。		

Analyzed by (检验人): 詹伟星

Reviewed by (复核人): 张永

