Zhuhai Biori Biotechnology Co., Ltd.
珠海宝锐生物科技有限公司
Certificate of Analysis
产品检验报告

Product **产品名称**	AcuGenix™ LongR One-Step RT-PCR Kit	**Lot No.** **批号**	20260526
Specification **规格**	24 T	**Test Date** **检验日期**	2026.05.29
Test Purpose **请检目的**	All items	**Expiry Date** **有效期至**	2027.05.25
Standard **请检依据**	Enterprise Standard	**Storage** **储存条件**	-20±5℃

TEST RESULT
检验结果

Contents **检验项目**	**Specification** **企业标准**	**Results** **检验结果**
Appearance 外观	Clear liquid, no precipitation, no suspended matter, no flocculent. The packaging is intact, no damage, no leakage, and the batch number is correct. 清澈液体，无沉淀，无悬浮物，无絮状物。包装完好，无破损、无漏液，批号无误。	Conforms 符合规定
Amplification efficiency 扩增效率	Compared with the reference standard, the concentration of amplified product shall satisfy:90% ≤ Test/Control ≤ 110%. 与对照品相比，扩增产物浓度应 90%≤测试/对照≤ 110%。	Conforms 符合规定
Amplification sensitivity 扩增灵敏度	Using human total RNA as the template, the amplified band is consistent with that of the reference standard. 使用人 Total RNA 为模板，扩增条带与对照品一致。	Conforms 符合规定

Test conclusion **检验结论**	Complying with Enterprise Standard. 本品按企业标准检验，结果符合规定。

Analyzed by（检验人）：

Reviewed by（复核人）：

珠海宝锐生物科技有限公司 QC PASS Zhuhai Biori Biotechnology Co., Ltd.