

Zhuhai Biori Biotechnology Co., Ltd.  
 珠海宝锐生物科技有限公司  
 Certificate of Analysis  
 产品检验报告

Product 产品名称	AcuGenix™ NGS RNA Clean Beads	Lot No. 批号	20260116
Specification 规格	5 mL	Test Date 检验日期	2026.01.19
Test purpose 请检目的	All items	Expiry date 有效期至	2027.01.15
Standard 请检依据	Enterprise Standard	Storage 储存条件	-20±5°C
<b>TEST RESULT</b> 检验结果			
Content 检验项目	Specification 企业标准	Results 检验结果	
Appearance 外观	Vortex to mix: brown suspension, no stratification after 10 min standing. Package intact, no damage or leakage, batch number consistent. 震荡混匀后, 呈棕色悬浮液, 放置 10 min 液体不分层。包装完好, 无破损、无漏液, 批号无误。	Conforms 符合规定	
Amplification yield 回收率	With 1.0× magnetic bead ratio for purification of 2 µL DNA standard sample respectively, the product recovery rate is more than 80%. 使用 1.0×磁珠比例分别对 2 µL RNA 标准品进行回收, 产物回收率大于 80%。	Conforms 符合规定	
Length Distribution 产物分布	After purification with 1.0× magnetic beads, clear bands ranging from 250 bp to 2000 bp are observable. 使用 1.0×磁珠回收产物 250 bp-2000 bp 条带清洗可见。	Conforms 符合规定	
Purity 纯度	The A260/A280 ratio of eluted DNA product is between 1.8 and 2.0. 洗脱后 RNA 产物的 A260/A280 在 1.8-2.0 之间。	Conforms 符合规定	
Test conclusion 检验结论	Complying with Enterprise Standard. 本品按企业标准检验, 结果符合规定。		

Analyzed by (检验人): 张彪

Reviewed by (复核人): 陆永生

